

Dale[®]

Stabilock

Soporte de tubo endotraqueal

para tubos endotraqueales de 7,0-10,0 mm

Instrucciones de aplicación

1. Limpie el tubo y déjelo secar.
2. Aplique la base adhesiva. **(A1-4)**
3. Presione la correa para el cuello contra la porción de gancho de la base asegurándose de que el canal para el tubo quede alineado con el tubo endotraqueal. **(B)**
4. Abra las lengüetas de sujeción situadas a ambos extremos de la correa para el cuello y pase ésta alrededor de la cabeza, justo debajo de las orejas. Afiance las lengüetas de sujeción al exterior de la correa para el cuello. **(C)**
5. Meta el tubo en el canal para el tubo
 - pase una vuelta de cinta adhesiva fuerte alrededor del tubo en el punto donde éste quedará cubierto por el canal
 - presione hacia abajo el canal sobre el tubo
 - enrolle cinta adhesiva alrededor del tubo y el canal **(D)**

Método alternativo:

- presione el canal sobre el tubo
 - enrolle cinta adhesiva fuerte bien ajustada alrededor del tubo y el canal. **Enrolle como mínimo 2,5 cm (1 pulgada) más allá del extremo del canal (D)**
6. Reajuste las lengüetas de sujeción para cerciorarse de que la correa para cuello esté bien firme.

Cambie la cinta adhesiva según sea necesario.

Cambie la base adhesiva al cabo de 3 días o antes si fuera necesario.

Cómo retirar

Despegue la cinta adhesiva suavemente para no lesionar la piel.

Ajuste de posición del tubo

Abra las lengüetas de sujeción. Sostenga la base adhesiva mientras desprende de ésta la correa para el cuello. Cambie de posición el tubo, vuelva a insertarlo en la base y afiance las lengüetas de sujeción.

Para prevenir úlceras o laceraciones cutáneas, evalúe la piel y la condición médica del paciente antes de aplicar el producto. Inspeccione por lo menos una vez por día.

Dale **recomienda cambiar de posición el tubo endotraqueal a menudo** para prevenir lesiones que la presión continua podría causar a los labios y al tejido subyacente.

Dale **recomienda encarecidamente utilizar un soporte para el tubo del respirador** a fin de reducir la presión sobre la cara del paciente.

Para utilizar en un solo paciente. Desechable.

Lista de verificación para asegurar una aplicación exitosa

- ✓ **Prepare** la piel cada vez que vaya a aplicar la base adhesiva
- ✓ **Sitúe** la base adhesiva justo encima de la línea de los labios
- ✓ **Enrolle cinta adhesiva fuerte en un espiral ajustado** alrededor del canal y el tubo
- ✓ **Asegúrese** de enrollar la cinta sobre el tubo como mínimo 2,5 cm (1 pulgada) más allá del canal
- ✓ **Retire** la base adhesiva suavemente para reducir a un mínimo los daños a la piel
- ✓ **Utilice** un soporte para el tubo del respirador

Para ver un video sobre cómo colocar el dispositivo, visite www.dalemed.com

Fabricado sin látex de goma natural.

Dale[®] es una marca comercial registrada de Dale Medical Products, Inc. en los EE.UU. y la UE.

Dale Medical Products, Inc.
TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Alemania

EC REP

