

(\*ACE = Access Controller for Enteral, Contrôleur d'Accès pour Entéral)

Fonctionne avec des systèmes entéraux ouverts ou fermés

Le **ACE Connector** est indiqué pour le contrôle du flux de liquide entrant et sortant des tubes médicaux, tout en permettant l'acheminement de formule entérale, l'irrigation par seringue et la médication liquide, sans casser les lignes d'acheminement de fluide, pendant une période maximale de 30 jours. Ce système fermé protège le personnel soignant de toute exposition accidentelle aux fluides gastriques des patients.

## MODE D'EMPLOI

### 1 Procédure d'alimentation

Le **ACE Connector** remplace les adaptateurs d'alimentation entérale de type PEG g-tube.

- Attachez l'extrémité du connecteur de cathéter au tube d'alimentation.
- Insérez le dispositif d'alimentation ou l'extrémité de la seringue dans l'adaptateur flexible blanc.
- Tournez la poignée en position MARCHÉ pour administrer la formule d'alimentation.
- Tournez la poignée en position ARRÊT lorsque l'alimentation est complète, et retirez le dispositif d'alimentation de l'adaptateur flexible blanc.

Lorsque le **ACE Connector** est utilisé pour l'alimentation NG, attachez le connecteur de cathéter directement au tube NG. Suivez les étapes b à d ci-dessus.

### 2 Seringue d'irrigation pour extrémité de cathéter/Procédure d'acheminement du liquide de lavage et de médication

Par mesure de sécurité, le **ACE Connector** n'autorise que les seringues d'irrigation d'extrémité de cathéter et n'accepte pas les dispositifs ou seringues d'administration à embout Luer.

- Tournez la poignée en position ARRÊT.
- Tout en maintenant l'**ACE Connector**, poussez et tournez fermement la seringue de l'embout du cathéter dans l'orifice de la seringue à verrouillage automatique, jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.
- Introduisez le fluide ou la médication dans le **ACE Connector**.
- Retirez la seringue. Le port seringue hermétique se refermera automatiquement.
- Rincez à l'eau chaude à travers le port seringue hermétique.

### 3 Procédure de drainage et de succion

f. Le **ACE Connector** remplace les connecteurs 5-en-1 utilisés avec les tubes Salem, Levin, et les tubes stomacaux.

- Retirez tout connecteur 5-en-1 du tube patient.
- Attachez l'extrémité du connecteur de cathéter au tube patient.
- Retirez l'adaptateur flexible blanc et attachez le tube de succion directement au **ACE Connector**.
- Tournez la poignée en position MARCHÉ pour la succion ou le drainage.
- Tournez la poignée en position ARRÊT et retirez le tube de succion, si besoin est.

Pour un usage sur patient unique.

Rangé dans un endroit frais et sec.

Les lois fédérales des États-Unis limitent cet appareil à la vente par ou sur ordre d'un médecin.

- Pour déplacer le patient, tournez la poignée en position ARRÊT et déconnectez le dispositif d'alimentation ou le tube de succion. Le patient peut alors se déplacer à sa guise. L'alimentation et le drainage peuvent se poursuivre si nécessaire en répétant les procédures ci-dessus. Le **ACE Connector** reste une partie du cathéter conformément aux normes médicales acceptées.
- Changez si nécessaire. Non recommandé pour un usage prolongé à plus de 30 jours.
- Si l'appareil ne fonctionne pas conformément aux instructions ou comme prévu, rincez soigneusement le **ACE Connector** suivant les instructions et vérifiez l'installation de distribution entérale. Si le problème persiste, remplacez-le par un nouveau **ACE Connector** et une nouvelle installation de distribution entérale si nécessaire, selon le protocole de « gestion de l'alimentation entérale » de l'hôpital.
- Le **ACE Connector** propose essentiellement une méthode de distribution pour l'alimentation entérale du patient. Pour l'administration de médicaments, veuillez respecter le protocole de « gestion de l'alimentation entérale » de l'hôpital ou de l'établissement.

Les produits médicaux Dale sont disponibles dans votre hôpital ou chez votre revendeur de fournitures médicales.

Brevet US N° 6 165 168

Informations pour les commandes

#475 Dale® ACE Connector®

Emballage individuel.

Vendu par boîtes de 50.

Fabriqué en Chine 942183-ART\_REV\_1

© 2017 Dale Medical Products, Inc.

Dale® et ACE Connector® sont des marques déposées

de Dale Medical Products, Inc. aux États-Unis et dans

l'Union européenne.

# Dale®



French

Dale® Medical Products, Inc.  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298  
(ÉTATS-UNIS)  
T: 508-695-9316  
www.dalemed.com

MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Allemagne

