

(\*Access Controller for Enteral [Πρόσβαση ελεγκτή για εντερική διατροφή])

## Λειτουργεί με ανοικτά ή κλειστά εντερικά συστήματα

Ο σύνδεσμος **ACE Connector** ενδείκνυται για τον έλεγχο της ροής υγρών εντός και εκτός ιατρικών σωλήνων κατά την παροχή για χορήγηση σκευάσματος εντερικής διατροφής, καταιόνησης με σύριγγα και υγρού φαρμάκου, χωρίς διάσπαση των γραμμών χορήγησης του υγρού μέχρι 30 ημέρες. Αυτό το κλειστό σύστημα προστατεύει το νοσηλευτικό προσωπικό από τυχαία έκθεση στα γαστρικά υγρά των ασθενών.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

#### 1 Διαδικασία σίτισης

Ο σύνδεσμος **ACE Connector** αντικαθιστά τους προσαρμοστές εντερικής σίτισης με σωλήνα PEG g-tube.

α. Συνδέστε το άκρο του καθετήρα στο σωλήνα σίτισης.  
β. Εισαγάγετε το σετ σίτισης ή το άκρο της σύριγγας στο σάκου σίτισης στο λευκό εύκαμπτο προσαρμοστή.

γ. Στρέψτε τη λαβή στη θέση ON για τη χορήγηση του σκευάσματος σίτισης.

δ. Στρέψτε τη λαβή στη θέση OFF όταν ολοκληρωθεί η σίτιση και αφαιρέστε το σετ σίτισης από το λευκό εύκαμπτο προσαρμοστή.

Όταν ο σύνδεσμος **ACE Connector** χρησιμοποιείται για σίτιση NG, συνδέστε το άκρο του συνδετήρα του καθετήρα απευθείας μέσα στο σωλήνα NG. Ακολουθήστε τα βήματα β-δ πιο πάνω.

#### 2 Άκρο καθετήρα σύριγγας καταιόνησης / πλύσης και διαδικασία χορήγησης υγρού φαρμάκου

Ως χαρακτηριστικό ασφαλείας, ο **ACE Connector** δέχεται μόνο σύριγγες καταιόνησης με άκρο καθετήρα και δεν δέχεται σετ ή σύριγγες χορήγησης με άκρο τύπου Luer.

α. Στρέψτε τη λαβή στη θέση OFF.

β. Καθώς κρατάτε τον **ACE Connector** **ωθήστε και περιστρέψτε** καλά τη σύριγγα του άκρου του καθετήρα μέσα στην θύρα αυτόματης στεγανοποίησης της σύριγγας μέχρι να σφίξει.

γ. Χορήγηστε υγρό ή φάρμακο μέσα στο σύνδεσμο **ACE Connector**.

δ. Αφαιρέστε τη σύριγγα. Η θύρα της σύριγγας που αυτοσφραγίζεται θα κλείσει αυτόματα.

ε. Ξεπλύνετε με ζεστό νερό μέσω της θύρας σύριγγας που αυτοσφραγίζεται.

#### 3 Διαδικασία παροχέτευσης και αναρρόφησης

Ο σύνδεσμος **ACE Connector** αντικαθιστά τους συνδέσμους 5-σε-1 που χρησιμοποιούνται με τους σωλήνες Salem, Levin και στομάχου.

α. Αφαιρέστε κάθε σύνδεσμο 5-σε-1 από το σωλήνα του ασθενούς.

β. Συνδέστε το άκρο του συνδέσμου του καθετήρα στο σωλήνα του ασθενούς.

γ. Αφαιρέστε τον λευκό εύκαμπτο προσαρμοστή και συνδέστε το σωλήνα αναρρόφησης απευθείας στο σύνδεσμο **ACE Connector**.

δ. Στρέψτε τη λαβή στη θέση ON για την αναρρόφηση ή την παροχέτευση.

ε. Στρέψτε τη λαβή στη θέση OFF και αφαιρέστε το σωλήνα αναρρόφησης αν έχετε.

#### Για χρήση σε ένα ασθενή

Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό χώρο.

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση της συσκευής αυτής μόνον από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.

- Για να επιτρέψετε στον ασθενή να κυκλοφορεί, στρέψτε τη λαβή στη θέση OFF και αποσυνδέστε το σετ σίτισης ή το σωλήνα αναρρόφησης. Ο ασθενής μπορεί τότε να κυκλοφορεί όπως θέλει. Η σίτιση και η παροχέτευση μπορούν να ξαναρχίσουν όποτε χρειάζεται επαναλαμβάνοντας τις ίδιες διαδικασίες.
- Αλλάξτε όπως χρειάζεται. Δεν συνιστάται η χρήση του για περισσότερα από 30 ημέρες.
- Στην περίπτωση όπου η συσκευή δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες ή όπως θα αναμενόταν, ξεπλύνετε εντελώς **ACE Connector** σύμφωνα με τις οδηγίες και ελέγξτε τη ρύθμιση της εντερικής διατροφής. Εάν το πρόβλημα επιμένει, αντικαταστήστε με ένα νέο σύνδεσμο **ACE Connector** και νέα ρύθμιση της εντερικής διατροφής, ακολουθώντας το πρωτόκολλο «διαχείρισης εντερικής διατροφής» του νοσοκομείου.
- Ο σύνδεσμος **ACE Connector** παρέχει κυρίως μια μέθοδο χορήγησης για την εντερική διατροφή του ασθενούς. Όταν χορηγείτε φάρμακα, ακολουθήστε το πρωτόκολλο «διαχείρισης εντερικής διατροφής» του νοσοκομείου ή των ιδρυμάτων.

Τα ιατρικά προϊόντα της Dale διατίθενται από τον αντιπρόσωπο προφοδοσίας νοσοκομειακών / Ιατρικών προϊόντων της αρεσκείας σας. Αριθμός διπλώματος ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ: 8,353,895

### Πληροφορίες παραγγελιών

475

Ο σύνδεσμος ACE Connector® της Dale® Ατομικά ασκευασμένος Πωλείται σε κουτιά των 50 τεμαχίων.

# Dale®



Dale Medical Products, Inc.  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298  
T: 508-695-9316  
www.dalemed.com



Δεν είναι κατασκευασμένο από φυσικό ελαστικό λάτεξ

Κατασκευάζεται στην Κίνα 942183-ART\_REV\_1  
©2018 Dale Medical Products, Inc.

Τα Dale® & ACE Connector® είναι σήματα κατατεθέντα της Dale Medical Products, Inc. στις ΗΠΑ και στην ΕΕ.



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Γερμανία

