

(*Access Controller for Enteral, Controlador de acceso enteral)

Funciona con sistemas entéricos abiertos o cerrados

El conector **ACE Connector** está indicado para controlar el flujo de líquidos dentro y fuera de sondas mientras se administra fórmula de alimentación enteral, irrigación con jeringa y medicamentos líquidos, sin interrumpir los tubos de administración, hasta 30 días. Este sistema cerrado protege al profesional sanitario de la exposición accidental a los líquidos gástricos de los pacientes.

INSTRUCCIONES DE USO

1 Procedimiento de alimentación

El **ACE Connector** reemplaza los adaptadores para la sonda de gastrostomía endoscópica percutánea.

- Acoplar el extremo del conector del catéter a la sonda de alimentación.
- Insertar el juego de alimentación o la punta de la jeringa de bolo en el adaptador flexible blanco.
- Poner la perilla en la posición ON para administrar la fórmula de alimentación.
- Poner la perilla en la posición OFF al terminar la alimentación, y quitar el juego de alimentación del adaptador flexible blanco.

Si se utiliza el **ACE Connector** para alimentación nasogástrica, acoplar el extremo del conector directamente en la sonda nasogástrica. Seguir las instrucciones b-d que figuran arriba.

2 Jeringa de irrigación con punta de catéter/procedimiento de lavado y de administración de medicamentos líquidos

Como medida de seguridad, el **ACE Connector** acepta únicamente jeringas de irrigación con punta de catéter y no acepta jeringas ni juegos de administración de tipo Luer.

- Poner la perilla en la posición OFF.
- Mientras sujeta firmemente el **ACE Connector**, presionar y girar la jeringa con punta de catéter en el puerto para jeringa autosellante hasta que quede perfectamente encajada.
- Dispensar líquido o medicamento en el **ACE Connector**.
- Retirar la jeringa. El puerto de autosellado se cerrará automáticamente.
- Irrigar con agua tibia a través del puerto de jeringa de autosellado.

3 Procedimiento de drenaje y aspiración

El **ACE Connector** reemplaza los conectores 5 en 1 usados con sondas Salem, Levin y gástricas.

- Quitar el conector 5 en 1 que haya en la sonda del paciente.
- Acoplar el extremo del conector del catéter a la sonda del paciente.
- Quitar el adaptador flexible blanco y acoplar el tubo de aspiración directamente al **ACE Connector**.
- Poner la perilla en la posición ON para permitir la aspiración o el drenaje.
- Poner la perilla en la posición OFF y quitar el tubo de aspiración si se desea.

Para uso en un único paciente.

Almacenar en un lugar fresco y seco.

Las leyes federales de los EE. UU. limitan la venta de este dispositivo a médicos o por orden facultativa.

- Para permitir que el paciente deambule, poner la perilla en la posición OFF y desconectar el juego de alimentación o el tubo de aspiración. El paciente puede deambular a su gusto. Para reanudar la alimentación y el drenaje basta con repetir los procedimientos descritos.
 - Cambiar cada vez que sea necesario. No se recomienda el uso durante más de 30 días.
 - En el caso de que el dispositivo no funcione de acuerdo con las instrucciones o según lo esperado, irrigar bien el **ACE Connector** siguiendo las instrucciones y verificar la configuración de la administración enteral. Si el problema persiste, usar un **ACE Connector** y un conjunto de administración enteral nuevos, según se requiera, siguiendo el protocolo de "manejo de alimentación enteral" del hospital.
 - ACE Connector** proporciona principalmente un método de administración de alimentación enteral para pacientes. Seguir el protocolo de manejo de alimentación enteral del hospital para administrar medicamentos.
- Los productos médicos Dale[®] están disponibles a través de su distribuidor favorito de productos médicos y hospitalarios.
EE. UU. N.º 8,353,895

Información para pedidos

475

Dale ACE Connector[®]
Envasado individualmente
A la venta en cajas de 50 unidades.

Dale[®]



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, EE.UU.
T: 508-695-9316
www.dalemed.com



Hecho en China 942183-ART_REV_1

©2018 Dale Medical Products, Inc.

Dale[®] y ACE Connector[®] son marcas comerciales registradas de Dale Medical Products, Inc. en EE.UU. y en la UE.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Alemania

Fabricado sin látex
de goma natural

